

Број: 928

Датум: 22.09.2015 год.

**Појашњење Конкурсне документације ЈН 11/15 – Специјална болница за рехабилитацију Ивањица**

**32250 Ивањица  
ул: 13 септембар бр: 78**

По позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 11/15 – **набавка санитарског потрошног материјала** за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију - Ивањица у циљу припреме прихватљиве понуде а у складу са чл.63 став.2 Закона о ЈН достављамо Вам додатне информације и појашњења Конкурсне документације и то:

Везано за **појашњење тендерске документације једног заинтересованог понуђача у вези постављених питања:**

**1) за ставку 7. брисеви ране – да ли се мисли на комплет за брис – стерилни дрвени штапић са намотајем у епрувети?**

Одговор: да - у питању је комплет за брис - стерилни дрвени штапић са намотајем у епрувети.

**2) за ставку 28. траке за глукозу – који је апарат у питању?**

Одговор: у питању је апарат Accu – chek Active

**3) за ставке 32 и 33 - који је модел и тип апарата?**

Одговор: у питању је модел и тип апарата Schiller AT -1 и AT – 2.

**4) за ставку 36. трака за контролу стерилизације – Да ли је у питању аутоклав или суви стелиризатор?**

Одговор: у питању је суви стелиризатор.

**5) за ставке 47 и 48 - дневне или ноћне пелене?**

Одговор: у питању су ноћне пелене величина „L“(преко 75кг. за одрасле особе).

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 11/15.